



编号：0350-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	重庆荣科园林设施有限公司					审核员	杨春光	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	钢直尺	21-01	500mm	MPE:±0.15mm	标准钢卷尺 $U=(5+5L)\mu\text{m}, k=2$	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月22日	√
质管部	刀口尺	ZB1962456	75mm	MPE:1μm	研磨直尺：平面度0.4μm	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√
质管部	刀口形直角尺	1902	80mm	1级	直角尺检定仪：0.001mm	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√
质管部	游标卡尺	J088571	(0~150)mm 0.02mm	MPE:±0.02mm	量块：5等	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√
质管部	游标深度卡尺	1QQ276577	(0~150)mm 0.02mm	MPE:±0.03mm	量块：5等	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√
质管部	外径千分尺	IY024946	(0~25)mm 0.01mm	MPE:±4μm	量块：4等	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√
质管部	百分表	2004458	(0~10)mm 0.01mm	MPE:±0.020mm	指示表检定仪 MPE:±6μm	重庆市计量质量检测研究院	2021年04月26日	√

审核综合意见：

（公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托重庆市计量质量检测研究院检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。说明：（现场审核时设备送检 2021.4.19 证书没有取回来。过后补填。附送检通知单）

审核日期：2021年04月22日~04月23日

审核员签字：

杨春光

部门代表签字：

余春明



重庆市计量质量检测研究院
计量器具收发单

客户联

流水号: 0001187024 查询密码: 133509
 送检单位: 重庆美科园林设备有限公司 送检人员: 郑
 通讯地址: 重庆市九龙坡区玉清寺华玉路444号5楼5-5a 订单编号:
 联系电话: 18502397788 短信接收: 18502397788
 出厂地址: / 收件日期: 2021-04-19

序号	仪器名称	型号规格	出厂编号	数量	检定类型	检定日期	检定证书	
1	钢卷尺	/	/	1只	检测, 强制	2021-04-28	合格	
2	刀型尺	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	合格	
3	卷盘钢尺	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	/	
4	游标卡尺	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	/	
5	深度尺	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	/	
6	外径千分尺	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	/	
7	百分表	/	/	1套	检测, 强制	2021-04-28	/	
备注	/						合计	共 7 项

受理人: 李海霞 打印日期: 2021-4-19

我已阅读并知晓贵院的办事流程:

单位(盖章): 重庆市计量 接收人及日期:

扫描二维码即查
办办事进度 =)

