



编号: 0350-2021

不符合项报告

企业名称: <u>重庆荣科园林设施有限公司</u>	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产车间	陪同人员: 刘磊
不符合事实描述: 在生产车间, 查其现场空压储罐所配备压力表 (0-4) MPa 编号 YJ04162268 没有进行计量确认。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中 7.1.1 总则相关规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.1.1 条款 总则</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>杨春光</u> 陪同人员(签名) <u>刘磊</u> 企业部门代表(签名) <u>zmx11</u> 日期: 2021 年 04 月 23 日	
纠正措施: 对空压储罐所配备压力表立即进行计量确认, 确认合格后再使用。 企业部门代表签名: <u>zmx11</u> 审核员签名: <u>杨春光</u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>杨春光</u> 日期: 2021 年 04 月 23 日	

可另附页