






不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州巨运管道制造有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	尹振江
不符合事实描述： 审核时现场查看公司的钢卷尺、游标卡尺等监视和测量设备的校准证书已过期， 不符合文件和标准要求。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：  审核组长：  受审核方代表：  日期：2021.4.27 日期：2021.4.27 日期：4.27			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  审核员：  日期：2021.6.25			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>公司的钢卷尺、游标卡尺等监视和测量设备的校准证书已过期。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。</p>
<p>原因分析:</p> <p>对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。</p> <p>预定完成日期: 2021. 5. 10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查其他未发现类似情况。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>实施有效。</p> <p>验证人:  日期: 2021.6.23</p>

受审核方代表:  日期: 2021.6.23

员工培训考核记录表

时间： 2021.5.6	培 训 主 题	培训教师： 倪春晓
地点： 会议室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 讲解计量器具定期校准的重要性。 	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：倪春晓	



深圳中恒检测技术有限公司

SHENZHEN ZHONGHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：ZHTJ202105190256

Certificate No.



18DA002750001

第 1 页, 共 4 页

Page 1 of 4 Pages

客户名称：沧州巨运管道制造有限公司

Name Customer

客户地址：孟村回族自治县高寨镇李店子村

Address of Customer

器具名称：钢卷尺

Name of Instrument

型号规格：30m

Type/Specification

制造单位：大焊五金

Manufacturer

仪器编号：/

Serial No.

管理编号：103376

Manage No.

结论：所校项目符合技术要求

Conclusion



扫一扫查真伪

批准人：陈克辉
Authorizer by

核验员：王清淳
Checked by

校准员：马博
Tested by

校准日期：2021 年 05 月 19 日
Calibration Date Year Month Day

建议次校日期：2022 年 05 月 18 日
Suggested Recal Date Year Month Day

校准机构备案号：粤校备2017B013

地址：深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技创新园科创大厦2层G

Address: G Floor 2, KeChuang Buliding, QuanZhi Technology Park, ShaJing Street, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong, China

联系电话 (Tel.): 0755-36693866

传真 (Fax): 0755-36693855

网址 (http): www.zhonghenglab.com

邮政编码 (Postcode): 518104



深圳中恒检测技术有限公司

SHENZHEN ZHONGHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7054

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 : ZHTJ202105190425

Certificate No.

第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 Pages

客户名称 : 沧州巨运管道制造有限公司

Name Customer

客户地址 : 孟村回族自治县高寨镇李店子村

Address of Customer

器具名称 : 游标卡尺

Name of Instrument

型号规格 : (0~ 200) mm

Type/Specification

制造单位 : /

Manufacturer

仪器编号 : 02050123

Serial No.

管理编号 : /

Manage No.

结论 : 所校项目符合技术要求

Conclusion

证书专用章

(Stamp)

证书专用章

批准人 : 陈巨辉

Authorizer by

核验员 : 王清淳

Checked by

校准员 : 马博

Tested by

校准日期 : 2021 年 05 月 19 日

Calibration Date

Year

Month Day

建议次校日期: 2022 年 05 月 18 日

Suggested Recal Date

Year

Month Day

校准机构备案号: 粤校备2017B013

地址: 深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技创新园科创大厦2层G

Address: G Floor 2, KeChuang Buliding, QuanZhi Technology Park, ShaJing Street, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong.

联系电话 (Tel.): 0755-36693866

传真 (Fax): 0755-36693855

网址 (http): www.zh-lab.com.cn

邮政编码 (Postcode): 518104



深圳中恒检测技术有限公司

SHENZHEN ZHONGHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7054

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 : ZHTJ202105190023

Certificate No.



201A0C46900C3

第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 Pages

客户名称 : 沧州巨运管道制造有限公司

Name Customer

客户地址 : 孟村回族自治县高寨镇李店子村

Address of Customer

器具名称 : 电火花检漏仪

Name of Instrument

型号规格 : DJ-6

Type/Specification

制造单位 : 科电

Manufacturer

仪器编号 : DB150058

Serial No.

管理编号 : /

Manage No.

结论 : 所校项目符合技术要求

Conclusion



扫一扫查真伪

批准人 : 陈克辉
Authorizer by

核验员 : 付毅
Checked by

校准员 : 刘通
Tested by

校准日期 : 2021 年 05 月 19 日
Calibration Date Year Month Day

建议次校日期 : 2022 年 05 月 18 日
Suggested Recal Date Year Month Day

校准机构备案号: 粤校备2017B013

地址: 深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技创新园科创大厦2层G

Address: G Floor 2, KeChuang Buliding, QuanZhi Technology Park, ShaJing Street, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong,

联系电话 (Tel.): 0755-36693866

传真 (Fax): 0755-36693855

网址 (http): www.zh-lab.com.cn

邮政编码 (Postcode): 518104