



编号: 0072-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		湖南振辉管业有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	深弓架千分尺	140974 436	(0-25) mm/0.01 mm	±4μm	平面平晶 / 编号 TS-SB-08687 平面平晶 / 编号 TS-SB-08035 量块/编号 TS-SB-08042 杠杆千分尺 / 编号 TS-SB-08710 数显量仪测力仪 / 编号 TS-SB-08040	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2021.4.2 0	√
技术部	涂层测厚仪	F90S40 0699	F90S1	±(3+H×0.1) mm	膜厚片/编号 TS-SB-10909	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2021.4.2 0	√
技术部	电子万能试验机	201588 4	WDT-W	±1%	标准测力仪 / 编号 TS-SB-06757 数显卡尺 / 编号 TS-SB-10375	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2021.4.2 0	√
生产部	压力表	4	(0-1.6) MPa/0.05 MPa	2.5 级	数字精密压力表 / 编号 TS-SB-16104	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2021.4.2 0	√
生产部	压力表	1	(0-1.6) MPa/0.05 MPa	2.5 级	数字精密压力表 / 编号 TS-SB-16104	深圳天溯计量 检测股份有限 公司	2021.4.2 0	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

公司的校准证书中未提供计量标准器具的准确度等级或最大允差，但公司在送检的时候，已经根据校准机构的CNAS 证书进行选择，可满足溯源性要求。

审核日期: 2021 年 4 月 27 日

审核员签字:

部门代表签字:

