




测量设备溯源抽查表

编号: 0063-2019-2021

企业名称	吉蔚交通科技(北京)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	游标卡尺	960300298	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$, $k=2$	量块:5 等	北京鑫发旺杨 计量器具检测 有限公司	2021.02.16	√
质量部	弹簧拉压 试验机	15231	TL-1000	$U_{rel}=0.5\%$, $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	北京鑫发旺杨 计量器具检测 有限公司	2021.03.02	√
生产部	压力表	1301152S9 8	(0-0.6) MPa	$\pm$ 0.0096MPa	智能数字压力 校验仪: 0.05 级	北京鑫发旺杨 计量器具检测 有限公司	2021.03.05	√
质量部	表面粗糙 度测量仪	300101	SV-3000	$U_{rel}=4.0\%$, $k=2$	校对样板: $U_{95}=(2-5\%)$, $k=2$	北京市计量检 测科学研究院	2020.5.14	√
质量部	工具显微 镜	232029	176-530 DC	$U=1.4\text{mm}$, $k=2$	玻璃线纹尺: 二等	北京市计量检 测科学研究院	2020.5.14	√
生产部	压力表	D175	(0-2.5) MPa	1.6 级	压力表检定装 置: 0.05 级	北京市平谷区 计量检测所	2021.03.11	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理控制程序》,《量值溯源管理控制程序》。公司未建最高计量标准,公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院、北京鑫发旺杨计量器具检测有限公司、北京市平谷区计量检测所 3 家机构检定/校准,校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 5 月 11 日~5 月 12 日 审核员签字:  部门代表签字: 