



编号: 0405-2021

不符合项报告

企业名称:	陕西秦衡中计检测技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 综合部		陪同人员: 王佩妮	
不符合事实描述: 查综合部提供的公司测量设备台帐中, 未包涵计量检测室用于记录环境温度的编号 20542 号指针温湿度表。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 冷毅 陪同人员(签名) 王佩妮 企业部门代表(签名) 代瑞弟 日期: 2021.05.03.			
纠正措施: 1. 将 20542 号指针温湿度表纳入台帐 B 类管理. 2. 排查其他测量设备, 确保全部纳入台帐管理. 企业部门代表签名: 代瑞弟 审核员签名: 冷毅.			
纠正措施完成情况: 纠正措施经验证有效, 同意关闭 审核组代表签名: 冷毅 日期: 2021.5.3.			

可另附页