



测量设备溯源抽查表

编号: 0026-2017-2021

企业名称		铁岭米勒石油新材料有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
车间	外径千分尺	710935	(50-75)mm	±5μm	量块：4等	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
车间	外径千分尺	18001601	(25-50)mm	±4μm	量块：4等	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
车间	游标卡尺	6023	(0-150)mm	±0.02mm	量块：5等	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
车间	百分表	48017	(0-5)mm	±16μm	百分表检定仪：MPE：±4μm	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
技术质量部	洛氏硬度计	260	HR-150A	±1.5HRC	标准硬度块：(20-70)HRC	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
技术质量部	显微维氏硬度计	324	HV-1000	0.6HV	标准硬度块：一套	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
技术质量部	碳硫分析仪	MCCS-05	JTY-CS201	C: 0.003% S: 0.001%	碳硫标准物质	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
技术质量部	数显液压万能试验机	MCYY-04	WES-1000B	相对误差：-0.2%	标准测力仪 (BZL-1000kN)	铁岭市计量测试所	2020年12月23日	√
<p>审核综合意见：</p> <p>企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。企业测量设备除自检外全部委托铁岭市计量测试所机构检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期： 2021年5月6日 ~ 5月6日</p>								
审核员签字：				部门代表签字：				