

不符合项报告 (03/04)

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州鼎香餐饮管理服务有限公司		
受审核部门	监察督导部	陪同人员	谢云腾
不符合事实描述： 未提供中心厨房所涉及冷库、冰箱温度计的校准证据。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☒ ISO22000:2018 标准 8.7 条款 ☐ GB/T27341-2009 标准 6.4 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审 核 员 : 陈 林 肖新龙 朱 审核组 长: 林 肖新龙 受审核方代表: 陈 林 肖新龙 日 期: 2021.5.9 日 期: 2021.5.9 日 期: 2021.5.9			

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供中心厨房所涉及冷库、冰箱温度计的校准证据。

纠正情况:

立即对冷藏库、冷冻库进行了温度的校准,并附照片。

原因分析:

工作人员未对~~本~~冷藏库、冷冻库进行检测,缺少相关意识,导致未进行检测记录。

纠正措施:

加强每年培训,定期对冷藏库、冷冻库进行检测。

预定完成日期: 2021.5.10

举一反三检查情况:

检查其他量具器具的校准情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

检查了冷藏库、冷冻库的校准温度,已确认有效。

验证人:

邵王伟

日期: 2021.5.10

受审核方代表:

邵王伟

日期: 2021.5.10

计量器具自校记录

表单编号: DX-01-01

№: A00001

计量器具名称	数显笔试温度计	测量范围	范围: -30℃-300℃ 精度: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$	
校检人员/日期	蓝志刚/2021.5.10		环境温湿度	
校 检 记 录				
序号	标准值	实测值	误差	结 论
验收区	31.0℃	30.9℃	0.1	合格
户外	39.5	39.6	0.1	合格
冷藏库	2.2	2.1	0.1	合格
冷冻库	9.4	10.7	1.3	合格
校检结论: 温度校验合格			有效期: 2021.6.10	

杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE39-202104011 号

Certificate No.

委托单位: 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

Client

地址: 杭州市滨江区

Address

器具名称: 数显笔式温度计

Name of Instrument

型号 / 规格: PT-308

Model/Specification

制造单位: sensegene

Manufacturer

器具编号: /

No. of Instrument



批准人: 史俊

Approved by

核验员: 陶建

Inspected by

校准员: 梅晓云

Calibrated by

接收日期: 2021 年 04 月 05 日

Accepted Date

校准日期: 2021 年 04 月 05 日


Calibration Date

发布日期: 2021 年 04 月 05 日

Approval Date

杭州优纳尔计量检测技术有限公司
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

电话 (Tel): 0571-88109987



13:57

2021-05-10 星期一 鼎香餐饮

水印相机





