



测量设备溯源抽查表

编号: 0091-2020-2021

企业名称	江西奥德川自动化科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	照度计	DC-J-010	TES-1330 A	$U_{rel}=1.4\%$ (k=2)	发光强度标准灯 2 级	深圳中航技术检测所有限公司	2020 年 5 月 20 日	√
品质部	水准仪	ADC-J-03	AMO-32	$U=2''$ (k=2)	水准仪校准装置 $U=0.2''$ (k=2)	深圳中航技术检测所有限公司	2020 年 5 月 22 日	√
品质部	游标卡尺	ADC-Q-01	(0-150) mm	$U=0.02$ mm, k=2	量块四等	深圳中恒检测技术有限公司	2021 年 5 月 7 日	√
品质部	千分尺	ADC-Q-02	(0-25) mm	$U=0.004$ mm, k=2	量块四等	深圳中恒检测技术有限公司	2021 年 5 月 7 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中航技术检测所有限公司、深圳中恒检测技术有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 5 月 10 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。