



测量设备溯源抽查表

编号: 0090-2020-2021

企业名称	濮阳中原信息技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
、系统集成部	数字万用表	099139931	VC890D	DCV: $U_{rel}=0.013\%$ ACV: $U_{rel}=0.04\%$ DCI: $U_{rel}=0.022\%$ ACI: $U_{rel}=0.14\%$ OHM: $U_{rel}=0.024\%$ $k=2$	多功能校准源 DCV: $U_{rel}=0.0004\%$ ACV: $U_{rel}=0.007\%$ DCI: $U_{rel}=0.0010\%$ ACI: $U_{rel}=0.04\%$ OHM: $U_{rel}=0.024\%$ $k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	校准: 2021.05.10	√
系统集成部	水平尺	/	H-90	$U=0.05\text{mm}$ $k=2$	百分表 $U=0.2\text{mm}$ $k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	校准: 2021.05.10	√
系统集成部	数字钳形表	101573400	VC6065A +	DCV: $U_{rel}=0.013\%$ ACV: $U_{rel}=0.04\%$ DCI: $U_{rel}=0.022\%$ ACI: $U_{rel}=0.14\%$ OHM: $U_{rel}=0.024\%$ $k=2$	多功能校准源 DCV: $U_{rel}=0.0004\%$ ACV: $U_{rel}=0.007\%$ DCI: $U_{rel}=0.0010\%$ ACI: $U_{rel}=0.04\%$ OHM: $U_{rel}=0.024\%$ $k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	校准: 2021.05.10	√
系统集成部	电缆验测仪	MS2-100	RJ11145	电压: $U_{rel}=1.2\%$ 电流: $U_{rel}=0.7\%$ $k=2$	数字多用表 $U_{rel}=0.002\%$ 数字高压表 ACV: $U_{rel}=0.33\%$ DCV: $U_{rel}=0.16\%$ $k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	校准: 2021.05.10	√
系统集成部	交/直流耐压绝缘测试仪	ZC10000198	ZC7122	(1) 耐压: DCV: $U_{rel}=1.0\%$ ACV: $U_{rel}=1.2\%$ $k=2$ (2) 绝缘电阻: $R:U_{rel}=(0.3\sim 2.6)\%$ DCV: $U_{rel}=0.62\%$ $k=2$ (3) 漏电流 ACV: $U_{rel}=1.2\%$ $I: U_{rel}=0.12\%$ $k=2$	数字高压表 MPE: DC: 0.5%, AC1%, $k=2$ 兆欧表检定装置 0.2 级 六位半万用表 0.05 级	深圳华科计量检测技术有限公司	校准: 2021.05.10	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由总经办(质量管理组)负责溯源。企业测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由总经办(质量管理组)保存。根据 5 台抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2021 年 5 月 12 日

审核员签字： 鲁妙勤

部门代表签字： 张美娜