

编 号: 0087-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	星禾环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 邵书杰	
不符合事实描述: 查技术部规格型号为 DT-9205A 的数字万用表, 未提供出检定/校准证书, 经确认为新购置的测量设备, 未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>邵书杰</u> 企业部门代表(签名) <u>邵书杰</u> 日期: 2021 年 5 月 21 日			
纠正措施: 1. 立即对规格型号为 DT-9205A 的数字万用表送检 2. 举一反三, 全面检查, 如有类似问题一并解决 企业部门代表签名: <u>邵书杰</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>立即执行的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>邵书杰</u> 日期: <u>2021.5.21</u>			

可另附页