



测量设备溯源抽查表

编号: 0019-2018-2021

企业名称	沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
机加车间	游标卡尺	83701	(0~150) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等,	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
机加车间	压力表	15.10.336	(0~4) MPa	$U_{rel}=0.38\%\text{MPa}, k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
成品库	非自动指示秤	LNDC-2103190511	TGT-500	$U=0.04\text{kg}, k=2$	砝码: M1 级; F1 等。	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
机加车间	内径千分尺	1120	(50~600) mm	$U=1\mu\text{m}, k=2$	量块: 3 等	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
机加车间	表面粗糙比较样块	LNDC-2101192355	Ra(6.3~0.8) μm	$U_{rel}=10\%, k=2$	MPE: $\pm 5\%$	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
机加车间	外径千分尺	9243	(0~25) mm	最大允许误差: $\pm 0.004\text{mm}$;	量块 3 等	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
装配车间	耐压测试仪	W72D-0117-018	LK2672D	输出电压: $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 输出电流: $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 持续时间: $U_{rel}=0.9\%, k=2$.	耐电压测试测试仪校准仪: 电压 MPE: $\pm 0.2\%\text{M}$; 电流 MPE: $\pm 0.2\%$; 时间 MPE: $\pm 0.5\%$.	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
装配车间	接地电阻测试仪	WB2678A164219	WB2678A	电阻标准值: 10 m Ω 时, 允许误差: $\pm 0.3\text{m}\Omega$; 电阻标准值: 20 m Ω 时, 允许误差: $\pm 0.6\text{m}\Omega$;	模拟交直流标准电阻仪器: DC-1: 0.05 级; AC-1: 0.1 级; DC-R: 0.05 级; AC-R: 0.1 级。	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备除自检外全部委托辽宁东测检测技术有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由企管部保存。根据抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 5 月 10 日 ~ 5 月 10 日



审核员签字：

武志云

部门代表签字：

葛春枝