



测量设备溯源抽查表

编号: 0179-2018-2021

企业名称	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检验检测站	定碳定硫分析仪	4348121026	CS2000	S: U=0.003%,k=2	碳钢合金钢 化学分析标准物质 U=0.002%,k=2	甘肃省计量研究院	2021.3.19	√
检验检测站	智能马弗炉	1561912388	5E-MF610 0	U=1.5℃,k=2	数字多用表 DCV:UREL =0.001%,k=2	甘肃省计量研究院	2021.3.18	√
检验检测站	电子式压力试验机	141102	YGYL-068	1 级	标准测力仪 0.3 级	甘肃省计量研究院	2021.3.18	√
检验检测站	箱式电阻炉	4010	XL-1	U=1.5℃,k=2	数字多用表 DCV:UREL =0.001%,k=2	甘肃省计量研究院	2021.3.18	√
储运作业区	数字指示轨道衡	20030607	GCS-100	III 级	检衡车标准 装置±1.5×10 ⁻⁴	国家轨道衡计量站兰州分站	2020.12.21	√
设备能源部	压力变送器	4011114529	/	0.5 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	检验检测站	2021.5.7	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》。公司建立本公司的计量标准（包括电子天平、压力表等 6 项），计量标准均在有效期内。公司能力以外的测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，A 类测量设备检定证书由设备所在部门保存，B 类和 C 类测量设备的证书由检验检测站统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021.5.19-20

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建