







不符合项报告

企业名称: 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	不符合报告编号: 2021052001
企业下属部门: 检验检测站	陪同人员: 徐宏
不符合事实描述: 抽查架盘天平(出厂编号 405)的检定证书(编号 L 字 20201006911 号)中检定依据填写为 JJG1036-2008 电子天平, 与实际应使用的检定规程 JJG156-2016 不符。测量过程的测量程序不正确	
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.2.4	
不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ :	
审核员(签名) 	陪同人员(签名) 
企业职能部门代表(签名) 	日期: 2021 年 5 月 20 日
纠正措施: 1. 通过追溯, 发现架盘天平的检定证书是正确的, 但由原检定员出具一份完整的 证书替换内容不正确的证书, 重新编号并予以说明。 2. 同时将该项问题列入年度培训计划, 作为后续问题的分析依据。 3. 对其已发出的证书同时核对, 同是/进行二次确认, 有问题的立即撤回并予以更正。 4. 以此事为教训, 吸取教训, 加强责任意识, 认真检查检定记录, 证书, 杜绝类似问题的 再次发生。 纠正措施实施部门代表签名:  审核员确认签名: 	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效同意关闭。	
审核组代表签名: 	日期: 2021.5.27