



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京美特众金石油化工科技有限公司		
受审核部门	项目实施部	陪同人员	刘欣颖
不符合事实描述： 企业未提供对气体检测仪等进行校验/校准的相关证据 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2019.11.02 日 期：2019.11.02 日 期：2019.11.02			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 设备校准报告 纠正措施有效 审核员： 日期：2019年11月20日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

监视测量设备未送检

纠正情况:

安排人送检

原因分析:

相关人员管理体系 7.1.5 条款及计量法培训不到位, 导致未送检

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2019 年 12 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

已整改, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

验证人: 刘欣颖 日期: 2019 年 11 月 20 日

受审核方代表: 刘欣颖 日期 2019 年 11 月 20 日

培 训 实 施 记 录

JL-7.2-02

培训时间	2019.11.5	培训地点	行政部	培训老师	咨询老师
培训参加人员	公司全体人员				
培训内容： 1 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 及计量法相关内容及运用					
培训及考核结果记录： 培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求					
评价人：刘欣颖			时间：2019.11.05		



广州计量检测技术研究院

GUANGZHOU INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 NH201928089

Certificate No.

第 1 页 共 4 页

Page of

委 托 方 北京美特众金石油化工有限公司
Client

地 址 北京市房山区燕山迎风街11号双益商务楼110室
Address

器 具 名 称 复合式气体检测报警器
Description

规格型号 Neotronics Impulse X4 (扩散式)
Model/Type

制 造 者 Honeywell
Manufacturer

出 厂 编 号 K415370010
Serial No.

设 备 编 号 —
Equipment No.

结 论 合格
Conclusion

法 制 管 理 号 —
Manage No.

证书专用章
Stamp



主 管
Approved by

欧振兴

审 核
Inspected by

钟颖思

检 定
Verified by

冯科儒

检 定 日 期 2019-11-19
Verification Date

有 效 期 至 2020-11-18
Due Date

本院地址: 广州市广仁路11号
广州市科学城尖塔山路19号
开发区: 020-82223272
单位网址: www.gzjljc.net

邮编: 510030 电话: 020-83362165
邮编: 510663 电话: 020-32086301
白云区: 020-36200320
业务邮箱: yewuban@gzjljs.net

传真: 020-83362165
传真: 020-32086300
南沙区: 020-34970774
微信号: GZJLJC

北京华鼎嘉量科技有限公司

Beijing HDJL Metering Technology Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HDJLLX2019013260
Certificate No.

第 1 页 共 2 页

样 品 名 称

Sample's Name

压力表

型 号 / 规 格

Model / Specification

(0~1) MPa

样 品 编 号

Serial No.

6460

制 造 单 位

Manufacturer

青岛华青集团有限公司

委 托 单 位

Client

北京美特众金石油化工科技有限公司

委 托 单 位 地 址

Client's Address

北京市房山区燕山迎风街11号双益商务楼B座B110房

批 准 人

Approved by

核 验 员

Inspected by

校 准 员

Calibrated by

接收日期

Received Date

2019

年

Year

11

Month

月

Month

08

Day

日

Day

校准日期

Calibration Date

2019

年

Year

11

Month

月

Month

11

Day

日

Day

发布日期

Release Date

2019

年

Year

11

Month

月

Month

11

Day

日

Day

企业最高计量标准证书号: [2017]京量标企(检测)2212号
Authorization Certificate No.:

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街20号院1号楼201室
1-201, No. 20 Yard, KeChuang 14 Street

Address: Beijing Economic-Technological Development Area

电话(Tel): 010-87169809

传真(Fax): 010-87169809

邮编(Post): 100176

EMAIL: hdjl@hdjlkj.com

北京华鼎嘉量科技有限公司

Beijing HDJL Metering Technology Co.,Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HDJLCD201900277
Certificate No. _____

第 1 页 共 3 页

样 品 名 称
Sample's Name 游标卡尺

型 号 / 规 格
Model./ Specification (0~150) mm/0.02mm

样 品 编 号
Serial No. 081443

制 造 单 位
Manufacturer 上海申韩量具有限公司

委 托 单 位
Client 北京美特众金石油化工科技有限公司

委 托 单 位 地 址
Client's Address 北京市房山区燕山迎风街11号双益商务楼B座
B110房

批 准 人
Approved by

核 验 员
Inspected by

校 准 员
Calibrated by

接收日期
Received Date 2019 年 11 月 04 日
Year Month Day

校准日期
Calibration Date 2019 年 11 月 08 日
Year Month Day

发布日期
Release Date 2019 年 11 月 09 日
Year Month Day

企业最高计量标准证书号
Authorization Certificate No

【2018】京量标企(检测)2246号

电话(Tel): 010-87169809

传真(Fax): 010-87169809

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街20号院1号楼201室邮编(Post): 100176

Address: 1-201, No.20 Yard, KeChuang 14 Street

Beijing Economic-Tehnological Development Area

EMAIL: hdjl@hdjlkj.com