



编号: 0409-2021

不符合项报告

企业名称:	上海晨菲水务科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部 (生产车间)		陪同人员: 邱秀虹	
不符合事实描述: 抽查: 质检部 (生产车间) 现场在用的规格型号 DSTP140, 编号 075G1056 的压力传感器, 未列入测量设备台账管理, 且未进行量值溯源, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√ </u>; 审核员 (签名) <u>王慧平</u> 陪同人员 (签名) <u>邱秀虹</u> 企业部门代表 (签名) <u>邱武强</u> 日期: 2021 年 05 月 12 日			
纠正措施: <u>已将此压力传感器送检, 并列入测量设备管理台账。</u> <u>查看现场在用检测设备有无遗漏, 一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>邱武强</u> 审核员签名: <u>王慧平</u> 纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: <u>2021.5.12</u>			

可另附页

