



编号: 0442-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	濮阳市中原石化实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	电子拉力试验机	BJGBLH190806	GBL-H	1 级	材料试验机检定装置: 0.3 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2021.03.03	√
质量部	气相色谱仪	790018527	GC9790	$U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	气相色谱检定用标准物质异辛烷中正十六烷: 二级	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.16	√
质量部	高效液相色谱仪	50905100116	LC5090	$U_{rel}=4.8\%$, $k=2$	液相色谱检定用溶液标准物质 (奈-甲醇溶液): 二级	浙江中溯计量技术有限公司	2020.12.07	√
安环部	磅秤	1904016	DCS-SG-EX	III级	非自动衡器检定装置: M_1 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2020.07.11	√
安环部	有毒有害气体报警器	GP5001	ESD100	$\pm 5\mu\text{mol/mol}$	一氧化碳检测报警器检定装置: $U_{rel}=2\%$, $k=2$	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2020.08.21	√
安环部	可燃气体报警器	GT1001	S100	$\pm 5\%FS$	可燃气体检测报警器检定装置: $U_{rel}=1\%$, $k=2$	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2020.11.14	√
安环部	电子秤	232569	TCS-150 型	III级	砝码: M_1 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2020.07.11	√
安环部	一般压力表	14091512330	-0.1-0.5MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	濮阳市质量技术监督检验测试中心	2020.07.11	√
质量部	电热恒温干燥箱	192506	DHG-9202-0SA	$U=0.3^\circ\text{C}$, $k=2$	温湿度试验设备检定系统: $\pm 0.03\%FS$	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020.12.07	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托濮阳市质量技术监督检验测试中心、广州广电计量检测股份有限公司、浙江中溯计量技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 05 月 22 日上午~05 月 24 日下午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 何明辉