



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚 含量检测过程		企业部门		质量部	
被测参数 要求	参数 M	≤0.2%	测量过程计量要求		最大允许误差	0.66%
	公差 T	0.2%			允许不确定度	0.22%
	其他要求	无			其他要求	无
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称		测量范围	校准不确定度	示值误差	其他计量特性	满足
高效液相色谱仪		/	U=0.0096%,k=2	/	/	
测量过程控制规范编号		PYZSCL-GF-202001 《抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程控制规范》				满足
测量方法编号		HG/T 3712-2010 《抗氧剂 168》				满足
环境条件		常温				满足
操作人员姓名		吉庆文, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法		附 1 《测量过程不确定度评定报告》				满足
有效性确认方法		附 3 《测量过程有效性确认表》				满足
测量过程监视方法、 监视记录		附 2 《测量过程监视记录及控制图》				满足
综合评价	审核记录: 1.查《抗氧剂 168 中 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。					
	审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2021 年 05 月 24 日

审核员: 李永强

企业部门代表: 吉庆文