编号：0062-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏方正塑业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
质检部	微控型电子万能试验机	2018545	WDT-W-60B1	U_{rel}=1.2 % , (k=2)	标准测力仪: 0.3 级	扬州市计量测试技术研究所	校准：2020.08.17	√
质检部	热变形、维卡软化点温度测定仪	201908063	XRW-300A	温度：MPE=±0.5°C	温湿度巡检仪：U=0.08°C，（k=2）	扬州市计量测试技术研究所	校准：2020.08.17	√
质检部	直径尺	FZ-002	200-325	U_{rel}=0.05mm, (k=2) MPE=±0.5 mm	标准金属线纹尺：3 等 读数显微镜：U=5μm	深圳华科计量检测技术有限公司	校准：2021.01.22	√
质检部	密度天平	20190315001	DX-300	称量：U_{rel}=0.012g , (k=2)	砝码: E2 级	江苏省计量科学研究院	校准：2020.9.2	√
质检部	落锤冲击试验机	201908062	XJL-300B	冲击高度：U_{rel}=0.3mm , (k=2) 锤体质量：U_{rel}=0.2g(k=2) 锤头半径：U_{rel}=0.3mm (k=2)	电子天平：Ⅲ级 钢卷尺：5m	扬州市计量测试技术研究所	校准：2020.08.17	√
质检部	差示扫描量热仪	201910160202 99	DSC-500B	温度：U_{rel}=1.0°C, (k=2) 热量：U_{rel}=3.0 % , (k=2)	热分析标准物质（GBW(E) 130182-130187:二级	广东精衡检测科技有限公司	校准：2021.01.15	√

审核综合意见：
（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）
企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业**未**建最高计量标准，测量设备质检部负责溯源。企业测量设备委托深圳华科计量检测技术有限公司、扬州市计量测试技术研究所、江苏省计量科学研究院、广东精衡检测科技有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据 6 台抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2021 年 5 月 14 日

审核员签字：

部门代表签字：