



测量设备溯源抽查表

编号: 0080-2019-AA-2021

| 企业名称 | 安徽宏远仪表有限公司 | | | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------------------------|--|----------------|------------|---------------|
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 游标卡尺 | 080916559 | (0~150) mm | $U=0.01\text{mm}, k=2$ | 量块: 4 等, | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.02 | √ |
| 技术部 | 压力变送器 | HYB-01 | (0~1) MPa | $U_{rel}=0.08\%, k=2$ | 便携式压力校验仪: 0.05 级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.10 | √ |
| 技术部 | 压力表 | HYB-02 | (0~4) MPa | $U=0.5\%FS, k=2$ | 压力表校准仪: 编号 HK124348 证书号 15136464 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.10 | √ |
| 技术部 | 电子台秤 | FM01-03 | TCS-150 | $U=20\text{g}, k=2$ | 砝码: F1 级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.02 | √ |
| 技术部 | 螺纹环规 (T-Z) | TH-01 | G3/4 | $U=3\mu\text{m}, k=2$ | 万能测长仪: $U=0.3\mu\text{m}, k=2$ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.26 | √ |
| 技术部 | 螺纹塞规 | TS-02 | G1 | $U=3\mu\text{m}, k=2$ | 万能测长仪: $U=0.3\mu\text{m}, k=2$ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.26 | √ |
| 技术部 | 数字万用表 | 995922020 | VC890C | DCV: $U_{rel}=0.02\% k=2$ | 多功能校准源: 编号 HK0001 证书号 173403965 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.02 | √ |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。企业测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准, 检定/校准证书由技术部保存。根据抽查 7 台件情况, 该企业的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 6 月 18 日

审核员签字:

部门代表签字: