



编号: 0048-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏天瑞仪器股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 环保事业部		陪同人员: 李文邦	
不符合事实描述: 检查环保事业部的生产车间使用的标准物质(标准气体), 未按照测量设备的管理要求, 建立《标准物质台帐》, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√; 审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 李文邦 企业部门代表(签名) 李文邦 日期: 2021.6.4			
纠正措施: 建立符合要求的标准物质台帐。并举一反三, 有类似问题一并纠正。 企业部门代表签名: 李文邦 审核员签名: 吴孝平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2021.6.4			

可另附页

