



编号: 0474-2021

不符合项报告

企业名称:	剑桥阀业集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部 (车间)		陪同人员: 刘凤驰	
不符合事实描述: 查: 生产部 (车间) 现场使用的规格 (0~200) mm, 编号: 040602 游标卡尺未校准。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003 7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>同川</u> 陪同人员 (签名) <u>刘凤驰</u> 企业部门代表 (签名) <u>刘凤驰</u> 日期: <u>2021.5.22</u>			
纠正措施: <u>立即组织相关人员将编号为040602游标卡尺送检, 同时组织人员检查是否有类似情况如有, 一并送检。</u> 企业部门代表签名: <u>刘凤驰</u> 审核员签名: <u>同川</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>黄静</u> 日期: <u>2021.5.22</u>			

可另附页