编号：0499-2021

不符合项报告

企业名称：	沈阳大成仪表有限公司	不符合报告编号：	01

受审核部门:技术质量科　　陪同人员:王丹

不符合事实描述：

查技术质量科实验室编号:9978004 数字万用表没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003 标准中 6.3.1 测量设备相关规定要求。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)王丹

企业部门代表（签名）杨彩艳

日期:2021 年 05 月 23 日

纠正措施:

将编号:978004 数字万用表及时加入测量设备台账中，并按照 DCYB/CX10-2021《测量设备管理控制程序》进行管理。

企业部门代表签名：杨彩艳　　审核员签名:

纠正措施完成情况:

整改措施已落实，验证有效。

审核组代表签名:　　日期：2021 年 05 月 23 日

可另附页