



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS E:监查 1,O:监查 1,Q:监查 1		
受审核方	广东粤盛特种建材有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	段诚
不符合事实描述: 现场审核发现, 试验室放置的电子天平未贴计量器具“校准标识”。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 邵相飞 审核组长: 李强 受审核方代表: 李强 日期: 2021.7.27 日期: 2021.7.27 日期: 2021.7.27 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“试验器具贴标后照片”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 李强 日期: 2021.7.29			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

电子天平使用频繁, 标签脱落

纠正情况:

重新贴上新的校准标签.

原因分析:

仪器使用频繁, 人员未及时发现.

纠正措施:

定期检查仪器标识情况.

预定完成日期: 2021.7.30.

举一反三检查情况:

检查其他仪器标签问题, 也有类似情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 验证有效

受审核方代表:

日期:

2021.7.29

 **校 准 证**

仪器编号: Y5021

校准单位: 深圳华科计量检测技术有限公司

校准日期: 2020 年 12 月 19 日

复校日期: 2021 年 12 月 18 日

校准员: 林文杰

设备编号	
设备名称	
管理员	

