



编号: 0520-2021

不符合项报告

企业名称:	沪航科技集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 谢洪文	
不符合事实描述: 抽查技术部实验中心的理化分析室的光谱分析仪、金相显微镜等测量设备有使用环境要求, 企业配备了空调, 但未按照要求配备温湿度计, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 王峰 陪同人员(签名) 谢洪文 企业部门代表(签名) 陈文基 日期: 2021.05.31			
纠正措施: 要求相关人员立即采购温湿度计并安排送有资质的机构校准, 检测现场在用设备有无类似情况若有, 一并纠正。 企业部门代表签名: 陈文基 审核员签名: 王峰			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2021.05.31			

可另附页

