




编号: 0129-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		中山市华盛家具制造有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
制造系统	水分仪	HS-03	KT-50	±2%	电子天平 I 级	广东省中山市质量计量监督检测所	20201023	√
品保中心	外径千分尺	JC-P-083	(25-50) mm	±4 μm	千分尺量块组 4 等 2 级 平行平晶 MPE: 0.6 μm 平面平晶 1 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200720	√
品保中心	拉力试验机	JC-P-049	TZ-LY90	±1%	标准测力仪 0.3 级 钢直尺 MPE: 0.2mm 电子秒表 MPE:0.1s	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200720	√
品保中心	游标卡尺	JC-P-014	(0-200) mm	±0.02mm	卡尺量块 5 等 3 级 数显千分尺 MPE: 2 μm	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200729	√
品保中心	电子天平	JC-P-012	DTE-A+300/300g	II 级	标准砝码组 E2 级	广东省世通仪器检测服务有限公司	20200720	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备检定证书由品保中心统一保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 审核日期: 2021 年 5 月 31 日 审核员签字:  部门代表签字: 