



测量设备溯源抽查表

编号: 0033-2017-2021

企业名称	湖北中硕科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
供销部	电子汽车衡	ZS02	SCS-100t	III级	非自动衡器检定装置 M1 等级	公安县计量检定测试服务中心	2020.11.12	√
生产部	真空表	200203026	(-0.1~0) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	2021.06.07	√
生产部	精密压力表	H07031619	(0~10) MPa	0.4 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	2021.06.07	√
生产部	数显卡尺	3207390861	(0~150) mm	$U=0.02\text{mm}$ ($K=2$)	量块 五等	东莞凯威计量技术有限公司	2020.11.05	√
技术质量部	二氯甲烷浸渍试验机	1303	JZY-1	$U=0.02^{\circ}\text{C}$ ($K=2$)	标准铂热电阻温度计 二等	东莞凯威计量技术有限公司	2020.11.05	√
技术质量部	管材耐压试验机	1193	XGY-D	压力: $U=0.15\%FS$ 温度: $U=0.20^{\circ}\text{C}$ ($K=2$)	温度巡回检测仪器 MPE: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 活塞式压力计 0.05 级	东莞凯威计量技术有限公司	2020.11.05	√
技术质量部	微卡软化温度测定仪	1224	XRW-300	尺寸: $U=0.001\text{mm}$ 温度: $U=0.50^{\circ}\text{C}$ 质量: $U=0.3\text{mg}$ ($K=2$)	温度巡回检测仪器 MPE: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 量块 三等 电子天平 II 级	东莞凯威计量技术有限公司	2020.11.05	√
技术质量部	温湿度计	ZS-WD-001	HTC	温度: $U=0.30^{\circ}\text{C}$ 湿度: $U=1.5\%RH$ $K=2$	温湿度标准箱 温度均匀度 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ 湿度均匀度 $\leq 1.0\%RH$	东莞凯威计量技术有限公司	2020.11.05	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、公安县计量检定测试服务中心、湖北省计量测试技术研究院荆州分院等机构检定/校准，校准/检定证书由廖崇玉保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 6 月 17 日~6 月 18 日

审核员签字: 陈群 部门代表签字: 陈阳林

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。