



编号: 0057-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	盐城市弘通石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 田径	
不符合事实描述: 现场产品密封性试验在用的三只压力表 (2 只 1.6 级 0-25MPa、1.6 级 0-100MPa) 未列入测量设备台帐管理, 不满足测量设备管理要求。(经核验三只压力表均已检定, 检定日期 2021 年 03 月 23 日)。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>李如子</u> 陪同人员(签名) <u>田径</u> 企业部门代表(签名) <u>胡彦</u> 日期: 2021.06.16			
纠正措施: 将上述三只压力表列入测量设备管理台帐, 满足测量设备管理的要求。 举一反三检查企业内部有无类似情况, 发现一并整改。 企业部门代表签名: <u>胡彦</u> 审核员签名: <u>李如子</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴喜平</u> 日期: 2021.06.16			

可另附页

