



编号: 0582-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	海湾环境科技（北京）股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	扭矩扳子	07714	(20~110) Nm	2 级	扭矩扳子检定装置: 0.3 级	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021 年 03 月 30 日	√
质管部	涂层测厚仪	0001	TT180	B 级	标准厚度片: (0~1250) μm U=0.2μm k=2 量块: 3 等	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021 年 04 月 02 日	√
质管部	游标卡尺	86998	(0~300) mm	±0.04mm	卡尺量具检定装置: 3 等, 5 等	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2020 年 03 月 30 日	√
质管部	耐震压力表	1C135	(0~0.25) MPa	1.6 级	压力表检定装置: 0.05 级	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021 年 04 月 16 日	√
质管部	压力表	6483	(0~0.6) MPa	1.6 级	压力表检定装置: 0.05 级	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021 年 04 月 16 日	√
质管部	钢卷尺	20210324 026018	7.5m	I 级	钢卷尺检定装置: U=(5+5L)μm k=2	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	2021 年 04 月 13 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托河北省计量监督检测研究院廊坊分院等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 06 月 08 日~2021 年 6 月 09 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。