编号：0582-2021

# 不符合项报告

| 企业名称： | 海湾环境科技（北京）股份有限公司 | 不符合报告编号： | （01） |
|---|---|---|---|

受审核部门： 质管部 陪同人员:常扬

不符合事实描述：

查质管部编号为 1434 （0～25）MPa 的氩气减压器，未列入计量器具台账中。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款 测量设备

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业部门代表（签名）_____

日期:2021 年 06 月 09 日

纠正措施:

1、将编号为 1434 （0～25）MPa 的氩气减压器列入计量台账；

2、对该类问题做到举一反三；并对其他计量设备进行梳理；

3、对送检的计量设备（器具）加强管理，并组织相关人员学习标准相应条款。

企业部门代表签名: 常扬 审核员签名: 李宗权

纠正措施完成情况:

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名: 李宗权 日期：2021 年 06 月 09 日

可另附页