



编号: 0583-2021

不符合项报告

企业名称:	中韩(武汉)石油化工有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 化工生产管理部		陪同人员: 刘洋	
<p>不符合事实描述:</p> <p>化工片区 1 台市政自来水进码头的电磁流量计(台账无编号)未按进出用能单位进行管理。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022 第 6.3.1 (或 GB17167 5.3.1)</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>李昭乾</u> 陪同人员(签名) <u>刘洋</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>刘洋</u> 日期:2021 年 6 月 10 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>加强 GB/T17167、GB/T19022 的学习, 将该流量计按规范的格式进行台账登记, 纳入测量设备 A 类管理, 并按 GB/T17167 第 5.3.1 的要求, 建立能源计量器具管理一览表。</p> <p>企业部门代表签名: <u>刘洋</u> 审核员签名: <u>李昭乾</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>李昭乾</u> 日期: 2021 年 6 月 21 日</p>			

可另附页