



测量设备溯源抽查表

编号: 0021-2017-2021

企业名称	湖北今非塑业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	管材耐压爆破试验机	028	KD-XGY-3	U=0.5% k=2	活塞式压力计 0.05 级	东莞凯威计量技术有限公司	2020.07.14	√
质检部	熔体流动速率仪	2701	MFI-M	温度: U=0.4℃ 质量: U=0.1g 速率: U=0.002um (k=2)	聚苯乙烯溶体 流动速率标准 物质 U=0.28g/10min , k=2	东莞凯威计量技术有限公司	2020.07.14	√
质检部	尺寸变化率测定仪 (干燥箱)	1114	XGK-300	U=0.4℃ k=2	温度巡检仪 U=0.12℃, k=2	东莞凯威计量技术有限公司	2020.07.14	√
质检部	数显卡尺	K15K075243	0-150mm	MPE: +0.02mm	量块 5 等	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	2020.08.20	√
质检部	压力表	HC675608638 82	(0~1.6) MPa	2.5 级	0.4 级精密压力表	公安县计量检定测试所	2021.04.02	√
生产部	落锤冲击试验机	0227	KD-XLC-30 0	质量: U=0.2g 尺寸: U=0.01mm (k=2)	电子天平: II 级 钢卷尺: MPE: ± (0.6mm+4×10 ⁻⁴ L)	东莞凯威计量技术有限公司	2020.07.14	√
生产部	电子汽车衡	自编 1 号	SCS-100	III 级	M ₁ /M ₁₂ 等级砝码	公安县计量检定测试所	2020.08.12	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托公安县计量检定测试所、东莞凯威计量技术有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆州分院等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。现场随机抽查 7 台测量设备的量值溯源情况，符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 6 月 15 日~6 月 16 日

审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。