



编号: 0615-2021

不符合项报告

企业名称:	杭州电瓦特科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 产品研发中心		陪同人员: 黄冬晴	
不符合事实描述: 检查产品研发中心的测试组电能表检定室有环境要求, 企业配备了 HTC-1 的温湿度计, 分辨率 0.1℃, 但未列入《测量设备台账》管理, 且未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>李政弘</u> 陪同人员(签名) <u>黄冬晴</u> 企业部门代表(签名) <u>金晶</u> 日期: 2021.6.25			
纠正措施: 以上温湿度计马上列入《测量设备台账》管理, 并送检。 企业部门代表签名: <u>金晶</u> 审核员签名: <u>李政弘</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2021.6.25			

可另附页

