



编号: 0630-2021

不符合项报告

企业名称:	山东郡玺实业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:技术质量部		陪同人员:胡智凡	
不符合事实描述: 查生产车间编号为 MN0110051217 里氏硬度计没有纳入测量设备台账中管理。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>胡智凡</u> 陪同人员(签名) <u>胡智凡</u> 企业部门代表(签名) <u>胡智凡</u> 日期:2021 年 06 月 21 日			
纠正措施: 将编号为 MN0110051217 里氏硬度计及时加入测量设备台账中, 并按照 JXSY/CX10-2021《测量设备管理控制程序》进行管理。 企业部门代表签名: <u>胡智凡</u> 审核员签名: <u>胡智凡</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>胡智凡</u> 日期: 2021 年 06 月 21 日			

可另附页