



测量设备溯源抽查表

编号: 0022-2020-2021

企业名称	山东胜兴特种材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	刻度试管	01	15ml	±0.025ml	框架工业天平/0.01g	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
实验室	李氏比重瓶	02	250ml	±0.5%	框架工业天平/0.01g	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
实验室	六速旋转粘度计	1808200	HB-ZNN-D6	6000/min	粘度标准液、恒温槽	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
实验室	泥浆比重计	DS-01	NB-1	±0.01g/cm³	砝码/M ₁ 等级	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
实验室	激光粒度分析仪	DS-02	RX-1	±10%	粒度标准物质/绝缘电阻表 10 级	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
实验室	电子天平	595006	JEA202	III 级	标准砝码/E ₂ 等级	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√
生产车间	电子汽车衡	DS-03	SCS-100t	III 级	标准砝码/M ₁ 等级	扬州市天域计量测试有限公司	2021.5.12	√

审核综合意见: 说明: 表中测量标准装置名称及技术参数项第三项中校准单位未提供技术参数。

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 6 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。