



编号: 0641-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	湖北华博新材料科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量部	韦氏硬度计	HBHC0643	W-20	$\pm 1.0HW$ $U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	标准韦氏硬度块: $U=0.3HWA$, $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	万能角度尺	HBHC0642	0-320°	$\pm 2'$ $U=2.0'$, $k=2$	标准角度块 1 级	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	电子汽车衡	LLQ161614	SCS-100	III级	标准砝码 M12 等级	湖北省计量测试技术研究院黄冈分院	2021.06.22	√
技术质量部	卷尺	HBHC0639	7.5m×5mm	$U=(0.03+0.02L)$ mm, $k=2$	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L$, $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	千分尺	HBHC0641	0-25mm	$U=1\mu m$, $k=2$ $\pm 4\mu m$	量块 3 等	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	游标卡尺	HBHC0640	(0-200)mm	$U=0.02mm$, $k=2$	量块 4 等	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准,测量设备由采购部负责溯源。经查 6 份测试设备报告,填写规范,无遗漏,授权人签章有效,符合要求。公司测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、湖北省计量测试技术研究院黄冈分院等机构校准/检定,校准证书由采购部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 6 月 24 日~6 月 25 日

审核员签字:

部门代表签字: