



编 号: 0641-2021

不符合项报告

企业名称:	湖北华博新材料科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:生产部 (熔炼车间)		陪同人员:余祖华	
不符合事实描述: 查生产部(熔炼车间)使用的 W-20 韦氏硬度计,已于 2021 年 6 月 2 日校准并进行了计量确认,但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>余祖华</u> 企业部门代表(签名) <u>刘建年</u> 日期:2021 年 6 月 25 日			
纠正措施: 1.立即对 W-20 韦氏硬度计粘贴计量确认状态标识. 2.举一反三检查其它设备,若有类似的问题一并解决. 企业部门代表签名: <u>刘建年</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>全部制定的纠正措施均可行.</u> 审核组代表签名: <u>刘建年</u> 日期: 2021.6.25			

可另附页