



企业名称:	湖北华博新材料科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 余祖华	
不符合事实描述:			
查实验室使用的 deli 温湿度计未粘贴计量确认状态标识, 经确认未送检。			
不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√;			
审核员(签名) 崔春冬		陪同人员(签名) 余祖华	
企业部门代表(签名) 杨盛辉			
日期: 2021 年 6 月 25 日			
纠正措施: 1.立即对 deli 温湿度计进行送检。 2.检查其它设备, 若有类似问题一并解决			
企业部门代表签名: 杨盛辉		审核员签名: 崔春冬	
纠正措施完成情况:			
全部制定的纠正措施可行。			
审核组代表签名: 杨盛辉		日期: 2021. 6. 25	

可另附页