



编号: 0070-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	江西华鑫环宇科技集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 陈秋如	
不符合事实描述: 检查质检部现场使用的出厂编号 16035305, 0-150mm/0.02mm 的游标卡尺, 未张贴“计量确认合格”标识, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022—2003 标准 6.2.4 条款的要求。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>霍存恩</u> 陪同人员(签名) <u>陈秋如</u> 企业部门代表(签名) <u>此有云</u> 日期: 20210708			
纠正措施: 1. 质检部负责人将游标卡尺 0-150mm 计量确认合格标识张贴在量具上。 2. 组织相关人员对 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款培训。 企业部门代表签名: <u>此有云</u> 审核员签名: <u>霍存恩</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.7.8			

可另附页



扫描全能王 创建