



编号: 0648-2021

不符合项报告

企业名称 :	天津哈德韦尔自控技术有限公司	不符合报告编号:	01
--------	----------------	----------	----

企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: 王艳军

不符合事实描述:

现场发现技术质量部在用仪器 编号为 2170836 的耐电压测试仪, 没有进行计量确认。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.1. 计量确认中 7.1.1 总则的管理要求。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 ;

审核员(签名) 武洁云

陪同人员(签名) 王艳军

企业部门代表(签名) 王艳军

日期: 2021 年 6 月 28 日

纠正措施:

1、按要求送检编号为 2170836 的耐电压测试仪, 计量确认合格后投入使用。
举一反三, 认真排查整改, 确保再用测量设备按期检定/校准, 确认满足体系管理要求。组织相关人员开展测量管理体系相关知识培训。

企业部门代表签名: 王艳军

审核员签名: 武洁云

纠正措施完成情况:

整改措施已落实, 验证有效。

审核组代表签名: 武洁云

日期: 2021 年 6 月 28 日



可另附页