



编号: 0657-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	大庆美能科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	40318	(0~200)mm	±0.03mm	量块: 5 等	大庆油田计量检定测试所	2021 年 03 月 16 日	√
质检部	接地电阻表	20121569	ZC-8	2.5 级	接地电阻仪检定装置: 0.1 级	大庆油田计量检定测试所	2021 年 03 月 18 日	√
质检部	绝缘电阻表	21010182	ZC-7	5 级	绝缘电阻表 (兆欧表) 检定装置: 0.2 级	大庆油田计量检定测试所	2021 年 03 月 22 日	√
质检部	数字万用表	53032881 WS	FLUKE17B	$U=0.01A \quad k=2$	多功能标准源:DCI: $U_{rel}=1.8 \times 10^{-3}$, $k=2$	大庆油田计量检定测试所	2021 年 03 月 30 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》,《量值溯源管理控制程序》,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所等第三方机构检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 07 月 03 日~2021 年 07 月 04 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。