



编号: 0657-2021

不符合项报告

企业名称:	大庆美能科技有限公司	不符合报告编号:	(01)
受审核部门: 生产车间		陪同人员: 张青昌	
不符合事实描述: 查生产车间材料室一台编号为: TS18120427 150kg 用于材料发放的台秤, 未列入《测量设备台账》中。 不符合认证审核准则条款号: <u>不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李咏斌</u> 陪同人员(签名) <u>张青昌</u> 企业部门代表(签名) <u>张青昌</u> 日期: 2021 年 07 月 04 日			
纠正措施: 1、将编号为: TS18120427 150kg 台秤列入测量设备台账中; 2、对该类问题做到举一反三; 并对车间其他测量设备进行梳理; 3、对测量设备加强管理, 并组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>张青昌</u> 审核员签名: <u>李咏斌</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李咏斌</u> 日期: 2021 年 07 月 04 日			

可另附页