



编号: 0659-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	大庆科益林环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
车间	耐压测试仪	70AM210202175	DY2670AM	$U=0.07\text{kV}$, $k=2(5\text{kV})$	耐电压测试仪校验仪 AC.DV±0.5% $U=0.003\text{kV}$; $k=2$	大庆油田计量检定测试所	2021.3.25	√
车间	游标卡尺	00205	(0-200)mm	±0.03 mm	量块 5 等	大庆油田计量检定测试所	2021.3.22	√
车间	接地电阻表	20121586	ZC-8	10 Ω 点 $U_{rel}=0.5\%$, $k=2$	接地电阻仪检定装置 0.1 级	大庆油田计量检定测试所	2021.4.14	√
车间	超声波测厚仪	AA200050	HCH-2000C	$U=0.03\text{ mm}$, $k=2$	量块 4 等	大庆油田计量检定测试所	2021.4.9	√
质检部	绝缘电阻表	21010133	ZC-7	10 级	绝缘电阻表检定装置 0.2 级	大庆油田计量检定测试所	2021.3.22	√
车间	涂层测厚仪	BA200078	MC-2000A	$U=2.0\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	标准厚度块 4 等	大庆油田计量检定测试所	2021.4.9	√
车间	数字万用表	53032708WS	FLUKE17B+	DCV: $U=1\text{V}$, $k=2$ DCI: $U_{rel}=0.01\text{A}$, $k=2$ R: $U_{rel}=0.01\text{M}\Omega$, $k=2$	多功能校准源 DCV: $U_{rel}=2\times 10^{-5}$, $k=2$ DCI: $U_{rel}=1.8\times 10^{-3}$, $k=2$ R: $U_{rel}=5\times 10^{-4}$, $k=2$	大庆油田计量检定测试所	2021.3.22	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 7 月 5 日~7 月 6 日上午 审核员签字: 焦青伟 部门代表签字: 李庆								

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。