



## 检定证书

证书编号: 霸力字第 2021Y04337 号

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 送 检 单 位     | <u>廊坊京盛食品有限公司</u>                             |
| 计 量 器 具 名 称 | <u>压力表</u>                                    |
| 型 号 / 规 格   | <u>(0~1.6) MPa</u>                            |
| 出 厂 编 号     | <u>1974</u>                                   |
| 制 造 单 位     | <u>青岛华强机电仪表有限公司</u>                           |
| 检 定 依 据     | <u>JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》</u> |
| 检 定 结 论     | <u>符合 1.6 级要求</u>                             |

(检定专用章)

批准人 张志涛

核验员 张志涛

检定员 李东辉

检定日期 2021 年 07 月 12 日

有效期至 2022 年 01 月 11 日

# 霸州市质量技术监督检验所



证书编号：霸力字第 2021Y04337 号

## 1. 本次检定所用计量标准：

|            |                       |     |            |
|------------|-----------------------|-----|------------|
| 计量标准证书编号：  | [2020]廊量标霸州法证字第 010 号 | 有效期 | 2024-09-07 |
| 使用的计量标准：   | 压力表检定装置               |     |            |
| 溯源性(发证机构)： | 本次检定所用的计量标准均可溯源至国家基准  |     |            |

## 2 检定所用的计量标准器：

| 名称      | 规格/型号    | 出厂编号       | 不确定度、准确度或最大允许误差 | 证书编号         | 有效期        |
|---------|----------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 数字精密压力表 | SPMK2001 | S112001194 | 0.05 级          | JXYB20-06007 | 2021-11-19 |
|         |          |            |                 |              |            |

## 3. 检定地点、环境条件：

|     |     |       |     |      |
|-----|-----|-------|-----|------|
| 地点： | 压力室 |       |     |      |
| 温度： | 23℃ | 相对湿度： | 66% | 其它：/ |

## 4.

|               |
|---------------|
| 限制使用条件和测量范围：/ |
|---------------|

注：1、未经本所书面授权，不得部分复印本证书。  
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。  
3、本证书未加盖检定专用章无效。



5. 检定结果/说明：

## 检定结果

- 1、外 观：符合要求
  - 2、零位误差：0.00 MPa
  - 3、示值误差：0.02 MPa
  - 4、回程误差：0.00 MPa
  - 5、轻敲位移：0.00 MPa
  - 6、指针偏转平稳性：符合要求
  - 7、其他项目：/
- 检定结论：符合 2.5 级
- 以下空白

注：1、未经本所书面授权，不得部分复印本证书。  
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。  
3、本证书未加盖检定专用章无效。