



检定证书

证书编号: 霸力字第 2021Y04339 号

送 检 单 位	<u>廊坊京盛食品有限公司</u>
计 量 器 具 名 称	<u>压力表</u>
型 号 / 规 格	<u>(0~0.25) MPa</u>
出 厂 编 号	<u>2015129</u>
制 造 单 位	<u>宁波市镇海恒泰仪表厂</u>
检 定 依 据	<u>JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》</u>
检 定 结 论	<u>符合 1.6 级要求</u>

(检定专用章)

批准人

张海涛

核验员

张海涛

检定员

李东辉

检定日期 2021 年 07 月 12 日

有效期至 2022 年 01 月 11 日

计量检定机构授权证书号: (冀) 法计 (2019) F00605 号
地址: 霸州市金康东道 226 号
传真: 0316-7222999

电话: 0316-7857031
邮编: 065700
邮箱: jls0010@sohu.com

霸州市质量技术监督检验所



证书编号：霸力字第 2021Y04339 号

1. 本次检定所用计量标准：

计量标准证书编号：	[2020]廊量标霸州法证字第 010 号	有效期	2024-09-07
使用的计量标准：	压力表检定装置		
溯源性(发证机构)：	本次检定所用的计量标准均可溯源至国家基准		

2 检定所用的计量标准器：

名称	规格/型号	出厂编号	不确定度、准确 度或最大允许 误差	证书编号	有效期
数字精密压力 表	SPMK2001	S112001152	0.05 级	JXYB20-06008	2021-11-19

3. 检定地点、环境条件：

地点：	压力室			
温度：	23℃	相对湿度：	66%	其它： /

4.

限制使用条件和测量范围： /

注：1、未经本所书面授权，不得部分复印本证书。
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
3、本证书未加盖检定专用章无效。



5. 检定结果/说明：

检定结果

- 1、外 观：符合要求
- 2、零位误差：0.000 MPa
- 3、示值误差：0.002 MPa
- 4、回程误差：0.000 MPa
- 5、轻敲位移：0.000 MPa
- 6、指针偏转平稳性：符合要求
- 7、其他项目：/

检定结论：符合 2.5 级

以下空白

注：1、未经本所书面授权，不得部分复印本证书。
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
3、本证书未加盖检定专用章无效。