



编 号: 0067-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	山东高强紧固件有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 理化计量实验室		陪同人员: 刘文静	
不符合事实描述: 查理化计量实验室由“中测国信(北京)计量检测技术有限公司”出具的编号为 LX2103T019003 校准证书的“电液伺服万能试验机”, 证书上对本次校准所使用的主要测量标准仪器“标准测力仪”的准确度等级信息未进行描述。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>孙永波</u> 陪同人员(签名) <u>刘文静</u> 企业部门代表(签名) <u>刘文静</u> 日期: 2021 年 07 月 03 日			
纠正措施: 1. 立即与“中测国信(北京)计量检测技术有限公司”沟通, 在证书上增加“标准测力仪”的准确度等级信息。 2. 举一反三, 检查其它的测量设备检定/校准证书, 若有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>刘文静</u> 审核员签名: <u>孙永波</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>孙永波</u> 日期: <u>2021.7.3</u>			

可另附页