



编号: 0650-2021

不符合项报告

企业名称:	上海标一阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 谭世杰	
不符合事实描述: 编号为 YSZ-20210601-1124 的外径千分尺; 制造厂: 上海量具刃具厂有限公司; 器具编号: 098; 型号/规格: (100-125) mm/0.01mm; 2021 年 06 月 02 日校准合格。现场发现该设备没有加贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 审核员(签名) 韩和 陪同人员(签名) 谭世杰 企业部门代表(签名) 谭世杰 日期: 2021.7.6			
纠正措施: 将编号 YSZ-20210601-1124 的外径千分尺及时进行计量确认合格后再投入使用。并按照 BY/MSP10-2021《测量设备管理控制程序》进行管理。 企业部门代表签名: 谭世杰 审核员签名: 韩和			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 谭 日期: 2021.7.6			

可另附页