



测量设备溯源抽查表

编号: 0222-2019-2021

企业名称	成都安居天下实业有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	钢卷尺	001	(0-3.5) m	II 级	钢卷尺标准装置	成都市计量检定测试院	2021.5.18	√
品管部	钢直尺	010	(0-500) mm	±0.1mm	3 等金属线纹尺标准装置	成都市计量检定测试院	2021.5.19	√
品管部	电子台秤	8537	TCS-150	III 级	M1 等级自动衡器检定装置	成都市计量检定测试院	2021.5.7	√
品管部	游标卡尺	03060313 1	(0-125) mm	±0.02mm	5 等卡尺量具检定装置	成都市计量检定测试院	2021.5.13	√
品管部	数字式木材测湿仪	012	PT-90D	5.0 级	木材含水率测力仪检定装置 电子天平 I 级	成都市计量检定测试院	2021.5.12	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托成都市计量检定测试院检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 7 月 8 日

审核员签字:

杨平

部门代表签字:

袁建国

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。