



测量设备溯源抽查表

编号: 0160-2020-2021

企业名称		沈阳鑫联石化设备有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	976914	(75-100)mm	±5μm	量块(40块): 3等	辽宁东测检测技术有限公司	2021年3月2日	√
质检部	粗超度仪	B20D220001	(0-6.5) mm	U=4μm, k=2	光栅式指示表 检定仪: 6μm (50) mm/ 2μm (10) mm/ 1.5μm (2) mm/ 1μm (1) mm/	辽宁东测检测技术有限公司	2021年2月3日	√
质检部	邵氏硬度计	8111111456	LX-A	U=4HAO, k=2 压针球面半径: U=4μm, k=2	电子天平: II级, 影像测量仪: MPE : ± (3+L/200) μm	辽宁东测检测技术有限公司	2021年2月3日	√
质检部	液压万用试验机	1035	WEW-600D	±1.0% Urel=0.2%, k=2	标准测力仪: 0.1级	辽宁东测检测技术有限公司	2020年7月22日	√
质检部	直读光谱仪	71Y0373	FOUNDRY-MA STER SMART	C: U=0.0006%, k=2 Mn: U=0.0010%, k=2 Cr: U=0.0006%, k=2	碳素钢光谱分析用系列标准样品: U=0.0004%~0.003%, k=2 纯铁: U=0.0002%~0.003%, k=2	辽宁东测检测技术有限公司	2021年2月3日	√
生产部	钢直尺	0072208	(0~1000) mm	U=0.1mm, k=2	三等金属线纹米尺: 3等	辽宁东测检测技术有限公司	2021年3月2日	√
生产部	游标卡尺	B1104210	(0-500) mm	U=0.02mm, k=2	量块(12块): 4等/外径千分尺(0~25)mm : MPE:±4μm	辽宁东测检测技术有限公司	2021年3月2日	√
生产部	不锈钢耐震压力表	2018-02-307	(0-25)MPa	1.6级	数字压力计: 0.05级	辽宁东测检测技术有限公司	2021年3月2日	√
质检部	耐压测试仪	26797	MS2671AN	输出电压 : Urel=0.6 %, k=2; 直流电流 : Urel=0.4 %, k=2;	耐电压测试仪 校验装置: 电压 MPE : ±0.2% ; 电流	辽宁东测检测技术有限公司	2021年3月2日	√



				交流电流 : Urel=0.6%,k=2; 持续时间 : Urel= 0.9 %,k=2.	MPE: ±0.2%; 时间 MPE : ±0.5%。			
生产部	电压表	XL09	(0~5) V	Urel=0.6 % ,k =2	多功能校验仪: MPE: DC-V:±0.04%; AC-V:±0.06%; f: ±1%; DC-I: ±0.05%; AC-I: ±0.08%; f: ±1%; OHM: ±0.2%	辽宁东测 检测技术 有限公司	2021 年 4 月 1 日	√

审核综合意见:

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备全部委托辽宁东测检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 7 月 12 日 ~ 7 月 13 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。