



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC210718016
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client 杭州临安鼎新农业科技有限公司

委托方地址:
Customer Add 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村

仪器名称:
Description 温度计

型号/规格:
Model/Type 25.5cm

制造厂:
Manufacturer /

出厂编号:
Serial No 2567

管理编号:
Asset No /

校准日期:
Cal.Date 2021年07月18日

校准人 (Cal.by): 余晨

审核人 (Checked by): 张勇

批准人 (Approved by): 冯雪芳

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

1. 封面印刷红色专用章
2. 证书须有唯一防伪码



实验室地址: 湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路229号

Add: No. 229 TongZiPo West Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-85013214

Tel: 0731-85013214



湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

证书编号: HC210718016

第 2 页/共 3 页

Cer. No

Page of

说 明

Description

- 1、本机构管理体系符合ISO/IEC 17025:2017的要求。
The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.
- 2、本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by the laboratory are traced to National Primary Standards and International System c Units(SI).
- 3、本结果只与受校准样品有关。
The results relate only to the items calibrated.
- 4、未经本机构书面批准,不得部分复制此证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
- 5、证书内页中“P”代表“Pass”,“F”代表“Fail”,“N/A”代表“Not Applicable”。
In the datesheet."P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not
- 6、本次校准的技术依据文件为我司该项目CNAS认可范围,超出或带“*”项目不在CNAS认可范围内。
Reference documents for the Calibration and the CNAS accreditation range, Beyond the scope of data orparameter with asterisk “*”is not within the accreditation by CNAS.
- 7、本次校准参照的技术依据文件(Reference documents for the calibration):

参照JJG226-2001《双金属温度计检定规程》《V.R. of Bimetallic Thermometers》

- 8、本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

计量标准名称	编号	计量特性	证书编号	有效期
Description	Serial No.	Metrological Characteristic	Certificate No.	Exp. Date
标准铂电阻温度计	HC1162	二等	ZS210715166S	2022-07-14

- 9、校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 热工室	温度 20.5 °C	湿度 53 %RH
Place	Temperatur	Humidity

- 10、建议复校时间间隔(Recalibration interval): 12 个月,但送校单位应按实际使用情况来定。

湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co.Ltd

证书编号: HC210718016

Cer. No

第 3 页/共 3 页

Page of .

校准结果

Calibration Results

1、外观及各部分相互作用: 正常

Appearance and interreaction: Pass

2、示值测量/Measurement records: (单位: °C)

校准点	回差	示值误差	不确定度 U ($k=2$)	允许误差	结论(P/F)
Cal. Point	R.difference	Error	U ($k=2$)	MPE	Conclusion
0	-----	-0.2	0.3	± 1.0	P
20	0.6	-0.5	0.3	± 1.0	P
40	0.1	-0.3	0.3	± 1.0	P
60	0.5	+0.4	0.3	± 1.0	P
80	0.1	+0.5	0.3	± 1.0	P
100	-----	+0.2	0.3	± 1.0	P

备注(Notes):

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)

